

Anexo Técnico de Acreditação M0119-1

Accreditation Technical Annex

A entidade a seguir indicada está acreditada como **Laboratório de Calibração**, segundo a norma **NP EN ISO/IEC 17025:2018**

The body indicated below is accredited as a Calibration Laboratory according to ISO/IEC 17025

IST - Instituto Superior Técnico Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica

Endereço Campus Tecnológico e Nuclear
Address Estrada Nacional 10 (ao km 139,7)
2695-066 Bobadela Loures

Contacto João Alves
Contact

Telefone 219 946 292
Fax 219 946 292
E-mail lpsr.secretariado@ctn.tecnico.ulisboa.pt
Internet

Resumo do Âmbito Acreditado

Radiação ionizante e radioatividade

Accreditation Scope Summary

Ionising radiation and radioactivity

Nota: ver na(s) página(s) seguinte(s) a descrição completa do âmbito de acreditação.

Este Anexo Técnico é válido desde 2024-06-11 e substitui o(s) anteriormente emitido(s) com o mesmo código.
Este Anexo Técnico pode ser sujeito a modificações, suspensões temporárias e eventual anulação, pelo que a sua atualização e validade devem ser confirmadas no Diretório de Entidades Acreditadas do IPAC, disponível em www.ipac.pt ou clicando na ligação abaixo:
<http://www.ipac.pt/docsig/?4G7W-P1Q4-27RC-1QJ1>

As calibrações podem ser realizadas segundo as seguintes categorias:

- 0 Calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório
- 1 Calibrações realizadas fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
- 2 Calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

Note: see in the next page(s) the detailed description of the accredited scope.

This Technical Annex is valid from the date on the left and replaces those previously issued with the same code. Its validity can be checked in the website hyperlink on the left

Calibration may be performed according to the following categories:

- 0 Calibration performed at permanent laboratory premises
- 1 Calibration performed outside the permanent laboratory premises or at a mobile laboratory
- 2 Calibration performed at the permanent laboratory premises and outside

Anexo Técnico de Acreditação M0119-1

Accreditation Technical Annex

IST - Instituto Superior Técnico Laboratório de Proteção e Segurança Radiológica

Nº	Instrumento de Medição / Padrão	Gama de Medição	Melhor Incerteza	Método de Calibração	Categoria
Nr	Measuring instrument / Standard	Measurement Range	Calibration and Measurement Capability	Calibration Method	Category
RADIAÇÃO IONIZANTE E RADIOATIVIDADE <i>IONISING RADIATION AND RADIOACTIVITY</i>					
1.1	Dosímetros de radioterapia Fonte de radiação Co60	$3,8\text{E}^{-5}$ a $6,0\text{E}^{-4}$ Gy/s	1,1%	LMRI_PT_11_rev. 1 de 2022-10-31	0
			FIM END		

Notas:

Notes:

- LMRI_PT_xx indica procedimento interno do laboratório.